

**LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 025/2018 – CSL/EMSERH**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO 106.036/2018-CCL**

**ESCLARECIMENTO Nº 002**

**OBJETO:** Fornecimento de **Materiais Médico-Hospitalares** para atender as necessidades das Unidades Hospitalares administradas pela EMSERH.

**ASSUNTO:** Resposta ao Pedido de Esclarecimentos, via e-mail, da empresa **MEDICICOR**

Trata-se de pedido de esclarecimento apresentado **tempestivamente** pela empresa **MEDICICOR**, conforme o subitem 3.1 do edital, o Agente de Licitação encaminhou o processo para análise e manifestação da Diretoria Clínica da EMSERH, através de sua Gestão Hospitalar, o qual vem esclarecer:

**Pergunta 01:** “Solicitamos esclarecimento a respeito dos itens abaixo:

**11 - CATETER DUPLO LÚMEN RETO, HEMODIALISE, estéril, descartável, 12FR com 15 CM, com dilatador e guia metálico. Kit acessório contendo: 01 agulha introdutora de aço inox 18g, fio guia em aço inox com avançador e ponta em J, comprimento de 70 cm, 01 seringa de 05 a 20, 01 dilatador, 01 bisturi com lamina descartável, 02 tampas seladoras de plástico.**

Seria possível o descritivo acima, ser atendido através do produto com o possível descritivo abaixo?:

**CATETER DUPLO LÚMEN RETO, HEMODIALISE, estéril, descartável, 12FR com 16 CM, com dilatador e guia metálico. Kit acessório contendo: 01 agulha introdutora de aço inox 18g, fio guia em aço inox com avançador e ponta em J, comprimento de 70 cm, 01 seringa de 05 a 20, 01 dilatador, 01 bisturi com lamina descartável, 02 tampas seladoras de plástico.**

**Resposta:** Após análise sobre o questionamento levantado pela empresa **MEIDICICOR**, informamos que **NÃO** poderá ser alterado o descritivo, pois não atende as necessidades das nossas unidades de saúde que fazem uso do produto.

Por fim, comunico que **permanecem mantidas** as condições editalícias e a data da Sessão de Abertura da **Licitação Eletrônica nº 25/2018-CSL/EMSERH** para as **09h30min** do dia **13 de novembro de 2018**, por meio do site [www.licitacoes-e.com.br](http://www.licitacoes-e.com.br). Esclarecimentos adicionais serão prestados, de segunda a sexta, das **08h00min** às **12h00min** e das **14h00min** às **18h00min**, na CSL/EMSERH localizada à Avenida Borborema quadra 16 nº 25 bairro Calhau, nesta cidade e/ou pelo telefone (98) 3235-7333.

São Luís, 06 de novembro de 2018.

**Francisco Assis do Amaral Neto**  
Agente de Licitação da EMSERH

De acordo:

**Jéssica Thereza M. R. Araújo**  
Residente da CSL / EMSERH